

๑๐. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ

ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล๊อคได้จากห้องคนขับรถ

๑๑. ชุดแอร์แขวนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกแยกออกจากห้องคนขับ ในชุดแอร์มีการติดตั้ง ระบบ Plasma generator พร้อมมีผลทดสอบอัตราการฆ่าเชื้อ และ ติดตั้ง Negative Ion Generator ในการดักจับฝุ่น

๑๑.๒ ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔ A

๑๑.๒ ภายในด้านหน้าของห้องพยาบาล ติดตั้งคอยด์เย็นและครอบทับด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมแอร์กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลมไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ ๔ ทิศทาง

๑๑.๓ ด้านใต้ของคอยด์เย็น มี Filter กันฝุ่นสามารถถอดล้างได้

๑๑.๔ สวิตช์ ควบคุมการเปิด-ปิด สามารถปรับความแรงลม ๓ ระดับ

๑๑.๕ ภายนอกติดตั้งแผงระบายความร้อนพร้อมพัดลม บริเวณด้านบนของรถพยาบาล เพื่อช่วยในการระบายความร้อน และป้องกันฝุ่น, สิ่งสกปรก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

๑๒. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด, ราวจับ, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

๑๓. ราวจับด้านข้างประตู

๑๔. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าเต็มบาน เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ กันแสงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%

๑๕. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

๑๖. กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้

๑๗. ถังดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด์

๑๘. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณ สะท้อนแสง และนกหวีด

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน

๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี

๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย

๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

๑.๕ มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วย ๓ เส้น

๑.๖ เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๑.๗ เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ

๑.๘ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กิโลกรัม พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายืนในวัน

เสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑.๘)

๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑.๑๐ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑.๑๐)

๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.๕ สำหรับผู้ใหญ่ ๑ อัน และ Mask No.๓ สำหรับเด็ก ๑ อัน

๒.๒ ถังลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยางผิวด้านนอกหยาบสลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มล.และสำหรับเด็กมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มล.

๒.๓ ถังสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ ๒,๗๐๐ มล.

๒.๔ พร้อมสายออกซิเจน ๑ เส้น

๒.๕ มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางเดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื้องต้น เช่น Pocket Mask, Oro Pharyngeal Airway

๓. เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์

๓.๑. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้

๓.๒ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๓.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๒ ลิตรต่อนาที

๓.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ

๓.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร

๓.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด

๓.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๓.๗)

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง

๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๔.๓ มีผ้าพันแขน ๑ ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก

๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing

๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่อยาง ๒ ท่อ สะดวกต่อการควบคุม

๔.๖ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

๕. ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด

๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

๕.๔ มี ๓ ขนาด S,M,L

๕.๕ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

(เอกสาร ข. ข้อ ๕.๕)

๖. ชุดเฝือกลมสูญญากาศ จำนวน ๓ ชิ้น

เฝือกลมสูญญากาศ ใช้สำหรับตามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด ๓ ชิ้นประกอบด้วย เฝือกตามแขน ๒ ชิ้น เฝือกตามขา ๑ ชิ้น

๖.๑ มีกระบอกสำหรับสูบลม ๑ อัน

๖.๒ มีกระเป๋าสำหรับใส่เฝือกลมสูญญากาศ ๑ ใบ

๗. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

๗.๑ โครงสร้างภายในผลิตวัสดุที่แข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน

๗.๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา

๗.๓ เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ

๘. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

๘.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

๘.๒ เก้าอี้พยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้

๘.๓ เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้

๘.๔ เก้าอี้ชนิดนี้มี ๔ ล้อ

๘.๕ เก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง (สามารถพับได้)

๘.๖ บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้

๘.๗ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.(พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการมา

ในวันเสนอราคา)

๘.๘ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

๘.๙ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมา (เอกสาร ข. ข้อ ๘.๙)

๙. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line พร้อมชุดปรับแรงดันและถังออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง

๙.๑ ท่อเก็บออกซิเจนทั้ง ๒ เชื่อมกันได้ด้วยท่อทนแรงดัน (ระบบ Pipeline) ครบชุด และในระบบ เชื่อมต่อนั้นสามารถถอด ถังออกซิเจนถึงใดถังหนึ่งออกได้ โดยสามารถใช้งานถังที่เหลืออยู่ได้ตามปกติโดยระบบ การเชื่อมต่อของแผง Pipeline บริเวณผนังเป็นระบบ Push-in Fittings โดยแผง Pipeline บริเวณด้านหน้า มี ไฟแสดงสถานะปริมาตรของออกซิเจนที่เหลือในถังทั้ง ๒ ถัง

๙.๒ระบบการควบคุมออกซิเจน (Pipe Line)

๙.๓ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข มาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑๐.๔)

๑๐. ถังออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม บรรจุในกระเป๋าหิ้วพร้อมชุดยึดบนรถและชุดปรับแรงดัน

๑๑.ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด ๓ เส้น

๑๑.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt

๑๑.๒ สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้ พร้อมแนบผล X-RAY/CT ในวันเสนอราคา

๑๑.๓ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ ซม.

๑๑.๔ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗ กก.

๑๑.๕ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก. พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายื่นในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑๑.๕)

๑๑.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑๑.๖)

๑๒.ชุดเสื้อศีรษะพร้อมเข็มขัด

๑๒.๑ ตัวก้นโฟมผลิตจากวัสดุ โพลียูรีเทน (Polyurethane) แบบฉีดขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการเคลือบผิวก้นโฟมเพื่อป้องกันการหลุดร่อน การฉีกขาด และป้องกันการของเหลวซึมผ่านเข้าไปให้เกิดความหมักหมมภายในได้

๑๒.๒ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT

๑๒.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ x ๒๖ x ๑๘ ซม.

๑๒.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑๒.๔)

๑๓. ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล ๒๐ รายการ

๑๓.๑ หูฟัง

๑๓.๒ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลจำนวน ๒ เครื่อง
สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth Ver.๔.OLE

๑๓.๓ กรรไกร ๑๔ CM

๑๓.๔ คีมคีบ ๑๔CM

๑๓.๕ ที่กดลิ้น

๑๓.๖ ไฟฉาย

๑๓.๗ เทปแต่งแผล

๑๓.๘ แอลกอฮอล์

๑๓.๙ เบตาดีน

๑๓.๑๐ สำลีก้อน

๑๓.๑๑ สำลีไม้พันก้าน (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

๑๓.๑๒ ผ้าก๊อตอนามัย Size ๔"x๔"

๑๓.๑๓ ผ้าก๊อตในช่องสุญญากาศ Size ๓x๓"

๑๓.๑๔ Elastic Bandage ขนาด ๓, ๔, ๖ นิ้ว

๑๓.๑๕ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ๑ อัน

๑๓.๑๖ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

๑๓.๑๗ ที่หนีบสายสะดือ

๑๓.๑๘ ชุดวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว

๑๓.๑๙ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

๑๓.๒๐ ลูกสุบยางแดง ๒ ขนาด เด็กเล็กและผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ ลูก

๑๔. ไม้ตามแขน - ขา

๑๔.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋ารวมหุ้มีซิปป

๑๔.๒ ไม้ตามขาส่วน ๓ ขนาด คือ เนื้อข้อเท้า ๑ ชิ้น เนื้อข้อเข่า ๑ ชิ้น ถึงสะโพก ๑ ชิ้น

๑๔.๓ ไม้ตามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

๑๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้หนังสือรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ข. ข้อ ๑๔.๑)

๑๕. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

๑๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑๕.๑.๑ เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม

๑๕.๑.๒ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด LiMnO๒

๑๕.๑.๓ สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงคำสั่งหรือสัญลักษณ์ไฟ

๑๕.๑.๔ มีระบบคำสั่งด้วยเสียงด้วย ภาษาไทย

๑๕.๑.๕ มีใบรับรองการนำเครื่องขึ้นไปใช้ในอากาศยาน

๑๕.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๑๕.๒.๑ ใช้รูปคลื่นในการกระตุ้นหัวใจ แบบ Biphasic Waveform

๑๕.๒.๒ เครื่องเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ

๑๕.๒.๓ มีหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่

๑๕.๒.๔ ให้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับเด็กไม่เกิน ๙๐ จูลล์ และ สำหรับผู้ใหญ่ให้พลังสูงสุด ๓๖๐ จูลล์

๑๕.๒.๕ วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ วินาที

๑๕.๒.๖ แผ่นกระตุ้นหัวใจ มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น กรรไกร มีดโกน ถุงมือ Mask ช่วยหายใจ

- ๑๕.๒.๗ แผ่นกระตุ้นหัวใจ สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยการปรับโหมดการใช้งานหน้าเครื่อง
- ๑๕.๒.๘ มีไฟแสดง หรือภาพแสดงตำแหน่งการติดแผ่นกระตุ้นหัวใจ เพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
- ๑๕.๒.๙ แบตเตอรี่สามารถสแตนด์บายได้ ๓ ปี และสามารถทำการกระตุ้นหัวใจได้สูงสุด ๑๔๐ ครั้งที่พลังงาน ๓๖๐ จูลล์
- ๑๕.๒.๑๐ มีขบวนการทำงานในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทาง Guideline of the European Resuscitation Council (ERC ๒๐๑๕)
- ๑๕.๒.๑๑ เครื่องมีระบบตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Self testing) และแสดงความพร้อมการทำงานของเครื่องด้วยสัญลักษณ์ หรือมีเสียงหรือสัญลักษณ์แสดงความผิดปกติของเครื่อง
- ๑๕.๒.๑๒ สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG และถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้)
- ๑๕.๒.๑๓ เครื่องมีมาตรฐาน (Ingress Protection) ระดับ IP ๕๕
- ๑๕.๒.๑๔ ได้รับมาตรฐาน CE
- ๑๕.๒.๑๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป
- ๑๕.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- | | | |
|---|-------|--------|
| ๑๕.๓.๑ แผ่นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า | จำนวน | ๑ ชุด |
| ๑๕.๓.๒ กรรไกร ถูมือ มีดโกน Mask ช่วยหายใจ | จำนวน | ๑ ชุด |
| ๑๕.๓.๓ คู่มือการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ | จำนวน | ๑ เล่ม |
| ๑๕.๓.๔ คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย | จำนวน | ๑ เล่ม |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. การรับประกันตัวรถยนต์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ รถยนต์กำหนด
๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๓. โรงงานผู้ตกแต่ง รถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา
 - ๓.๑. โรงงานตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง๔) (เอกสาร ฉ. ๑)
 - ๓.๒. โรงงานตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ การออกแบบผลิต จำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ (เอกสาร ฉ. ๒)
 - ๓.๓. โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์ พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมในวันเสนอราคา (เอกสาร ฉ. ๓)

๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงรพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยมีหนังสือยืนยันยืนยันมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ฉ. ๔)
๕. ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรพยาบาล จะต้องมิตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคาและจังหวัดใกล้เคียง และมีตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษาหลังการขาย (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา) (เอกสาร ฉ. ๕)
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายรพยาบาล ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยต้องแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจัดซื้อรพยาบาลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมาในวันเสนอราคา (เอกสาร ฉ. ๖)
๗. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบรพยาบาลอย่างละเอียดและแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และ อุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต และแนบใบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรพยาบาล มาในวันเสนอราคา (เอกสาร ฉ. ๗)
๘. อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สาธิตมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า
๙. พัสตูลทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการพัสตูลทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา อย่างน้อย (เอกสาร ฉ)
- ๙.๑ เติ่งรถเข็นพยาบาล
- ๙.๒ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- ๙.๓ แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๙.๔ กระดานแข็งรองนอน (Spinal Board)
- ๙.๕ ชุดล็อคศีรษะ
๑๐. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบที่กำหนดกับรายละเอียดที่เสนอ โดยระบุหมายเลขเอกสารให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด ตรงตามข้อมูลความเป็นจริงที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขั้นต่ำ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ